

**ANEXO 3 CLAVES CON MUESTRA**

PARTID	CLAVE					DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			NORMA APLICABLE	PRUEBAS DE LABORATORIO	TAMAÑO DE MUESTRA
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR		UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
28	060	088	0652	02	01	APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0.6 X 10.0 CM +/- 0.6	PZA	1	PZA	CBI CBI ETF (ESPESOR) ETF (ACABADO) FEUM-SDM-2014 (MGA-0381)	LARGO ANCHO ESPESOR ACABADO PRUEBA DE ESTERILIDAD	60
29	060	088	0660	02	01	APOSITOS HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MINIMO DE 2 MM. ESTERIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM +/- 3.0 CM X 16.0 CM +/- 4.0 CM.	PZA	1	PZA	CBI CBI ETF (ESPESOR) ETF (ACABADO) FEUM-SDM-2014 (MGA-0381)	LARGO ANCHO ESPESOR ACABADO PRUEBA DE ESTERILIDAD	60
30	060	088	0678	02	01	APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL. TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM	PZA	1	PZA	CBI CBI ETF (ESPESOR) ETF (ACABADO) FEUM-SDM-2014 (MGA-0381)	LARGO ANCHO ESPESOR ACABADO PRUEBA DE ESTERILIDAD	60
33	060	088	0827	01	01	APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM.	ENV	12	PZA	CBI CBI ETF (ESPESOR) ETF (ACABADO) FEUM-SDM-2014 (MGA-0381)	LARGO ANCHO ESPESOR ACABADO PRUEBA DE ESTERILIDAD	7 Envases con 12 piezas cada uno
42	060	125	2653	13	01	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM.	ENV	1000	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 529	1.-ACABADO 2.-GRAMAJE 3.-MARCADO DEL PRODUCTO	100 BOLSAS
43	060	125	2679	13	01	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. DE 12.0 X 26.0 X 4.0 CM.	ENV	1000	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 529	1.-ACABADO 2.-GRAMAJE 3.-MARCADO DEL PRODUCTO	100 BOLSAS
44	060	125	2695	12	01	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM).	ENV	1000	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 529	1.-ACABADO 2.-GRAMAJE 3.-MARCADO DEL PRODUCTO	100 BOLSAS

50	060	125	3917	01	01	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMIA. TAMANO NEONATAL. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLO, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 21.5 X 8.6 CM CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CAROXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITE ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 40 MM, LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.	PZA	1	PZA	FEUM - SDM 2014 PÁG. 515	1.-ACABADO 2.-PRUEBA DE FUGAS (SISTEMA DE UNA PIEZA). 3.- RESISTENCIA A LA EXPLOSIÓN (PRUEBA ESTÁTICA) 4.- PERMEABILIDAD AL OLO 5.- PRUEBA DE ABSORBENCIA	50 PIEZAS
61	060	166	1903	03	01	CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1	PZA	FEUM -SDM-2014 PÁG. 585 (PRUEBA DE ACABADO)  ISO 10555-1:2014 INCISO 4.9 "FLOWRATE" Y ANEXO "E" DETERMINATION OF FLOWRATE THROUGH CATHETER	1.-ACABADO  2.-VELOCIDAD DE FLUJO DEL LUMEN DISTAL 3.-VELOCIDAD DE FLUJO DEL LUMEN PROXIMAL	25 PIEZAS
	060	166	1911	03	01	CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS	PZA	1	PZA	FEUM -SDM-2014 PÁG. 585 (PRUEBA DE ACABADO)  ISO 10555-1:2014 INCISO 4.9 "FLOWRATE" Y ANEXO "E" DETERMINATION OF FLOWRATE THROUGH CATHETER	1.-ACABADO  2.-VELOCIDAD DE FLUJO DEL LUMEN DISTAL 3.-VELOCIDAD DE FLUJO DEL LUMEN PROXIMAL	25 PIEZAS

129	060	345	1378	12	01	EQUIPOS PARA VENOCCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G.	EQP	1	EQP	FEUM-SDM 2014 PÁG. 639	1.-ACABADO 2.-PRUEBA DE INTEGRIDAD 3.- DIMENSIONES: 3.1.- DIÁMETRO EXTERNO DE LA AGUJA 4.- RESISTENCIA DE LOS ENSAMBLES	35 EQUIPOS
130	060	345	1386	11	01	EQUIPOS PARA VENOCCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G.	EQP	1	EQP	FEUM-SDM 2014 PÁG. 639	1.-ACABADO 2.-PRUEBA DE INTEGRIDAD 3.- DIMENSIONES: 3.1.- DIÁMETRO EXTERNO DE LA AGUJA 4.- RESISTENCIA DE LOS ENSAMBLES	35 EQUIPOS
131	060	345	1394	11	01	EQUIPOS PARA VENOCCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G.	EQP	1	EQP	FEUM-SDM 2014 PÁG. 639	1.-ACABADO 2.-PRUEBA DE INTEGRIDAD 3.- DIMENSIONES: 3.1.- DIÁMETRO EXTERNO DE LA AGUJA 4.- RESISTENCIA DE LOS ENSAMBLES	35 EQUIPOS
133	060	345	2053	11	01	EQUIPOS PARA UROSTOMIA. EQUIPO QUE CONSTA DE 6 BARRERAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE ENTRE 55 MM A 70 MM DE DIAMETRO, CINCO BOLSAS PARA UROSTOMIA, TRANSPARENTES, DE PLASTICO GRADO MEDICO A PRUEBA DE OLO, VALVULA ANTIRREFLUJO, VALVULA DE DRENAJE Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE. UNA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PARA PIERNA CON CAPACIDAD DE 500 A 1500 ML CON SISTEMA DE SUJECION A LA PIERNA Y COPLE CONECTOR.	EQP	1	EQP	FEUM-SDM -2014 PÁG. 522	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.-PRUEBA DE FUGAS 4.-PRUEBA DE ABSORBENCIA DE AGUA 5.- PERMEABILIDAD AL OLO 6.- RESISTENCIA A LA EXPLOSIÓN	8 EQUIPOS

142	060	360	0032	01	01	ESPEJOS VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM VALVA INFERIOR DE 12.0 CM ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM.	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 803	1.- DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE AUTORETENCIÓN. 2.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 3.-ACABADO 4.-PRUEBA DE ESFUERZO 5.- DESCRIPCIÓN DE LA VALVA SUPERIOR	25 PIEZAS
161	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES.	EQP	1	EQP	FEUM-SDM-2014 PÁG. 642  PARA LA PRUEBA DE CONICIDAD: REQUERIMIENTOS 4.1 MEDICIÓN CON ESCANTILLÓN Y 5.1 PRUEBA CON ESCANTILLÓN.	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- EVALUACIÓN DEL SITIO PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS 4.-PRUEBA DE INTEGRIDAD 5.- DESCRIPCIÓN DEL REGULADOR DE FLUJO 6.- DESCRIPCIÓN DEL OBTURADOR 7.- VERIFICACIÓN DE LA CONICIDAD	40 PIEZAS
193	060	849	0207	11	01	TALCOS PARA PACIENTES. COMPUESTO DE SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO Y SILICATO DE ALUMINIO CON PERFUME. ENVASE TIPO SALERO CON 100 G.	ENV	100	GRO	ETIMSS VIGENCIA 07-ABR-91 (ASPECTO) NOM-002-SCFI-2011 (CONTENIDO NETO)	1.-ASPECTO 2.-CONTENIDO NETO	5 ENVASES CON 100 GRAMOS CADA UNO

244	080	025	0052	00	02	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMA -SENCILLA Y/O MULTIPLE, E STERIL, DESECHABLE, DE: 21G X 38 MM.	CJA	100	PZA	FEUM - SDM - 2014 PÁG. 563 (ACABADO CÁNULA LARGA, DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD ÚTIL DE LA CÁNULA LARGA) ESPECIFICACION TÉCNICA DEL FABRICANTE (ACABADO DE LA CÁNULA CORTA)	1.- ACABADO (CÁNULA LARGA) 2.-ACABADO (CÁNULA CORTA) 2.-DIÁMETRO EXTERNO 3.-LONGITUD ÚTIL DE LA CÁNULA LARGA	50 PIEZAS
265	080	229	0072	02	01	VIOLETA DE GENCIANA (O DE CRISTAL) PARA LA TINCION DEGRAM. TA.	FCO	500	ML.	CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) Y METODOLOGÍA ANALITICA DEL FABRICANTE	DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL PRUEBAS FISCOQUÍMICAS (ASPECTO Y VOLUMEN) PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)	14 ENVASES
311	080	783	1508	02	01	LUGOL PARA TINCION DE GRAM -TA.	FCO	500	ML.	CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) Y METODOLOGÍA ANALITICA DEL FABRICANTE	DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL PRUEBAS FISCOQUÍMICAS (ASPECTO Y VOLUMEN) PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)	14 ENVASES
313	080	783	2258	01	01	ALCOHOL-ACETONA PARA LA TINCION DE GRAM TA.	FCO	500	ML.	CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) Y METODOLOGÍA ANALITICA DEL FABRICANTE	DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL PRUEBAS FISCOQUÍMICAS (ASPECTO Y VOLUMEN) PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)	14 ENVASES

319	080	829	1454	01	01	SAFRANINA PARA LA TINCION DE GRAMA.	FCO	125	ML.	CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) Y METODOLOGÍA ANALÍTICA DEL FABRICANTE	DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL PRUEBAS FÍSICOQUÍMICAS (ASPECTO Y VOLUMEN) PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAMA)	14 ENVASES
	060	004	0109	11	01	ABATELANGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO. 142.0 MM. ANCHO. 18.0 MM.	ENV	500	PZA	FEUM - SDM 2014 PÁG. 454	1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2.-ACABADO 3.-LONGITUD TOTAL 4.-ANCHO 5.- RESISTENCIA A LA RUPTURA	500 PIEZAS
	060	066	0500	11	01	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES.ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR.	ENV	480	ML.	NIMSS VIG 02-FEB-1989	1.-PARTÍCULAS EXTRAÑAS 2.-VISCOSIDAD 3.-FOSFATOS	3 ENVASES
	060	088	0108	11	01	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	150	PZA	NIMSS VIG 24-11-91	1.-ACABADO 2.-MASA TOTAL 3.- DIMENSIONES: LARGO Y ANCHO	1 ENVASE CON 150 PIEZAS
	060	132	0054	11	01	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO.	PZA	1	PZA	NIMSS VIG 25-MAR-2016	1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 2.-ESPESOR TOTAL 3.-LONGITUD TOTAL	50 PIEZAS
	060	132	0203	11	01	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANTIL.	PZA	1	PZA	NIMSS VIG. 25-MAR-16	1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 2.-ESPESOR TOTAL 3.-LONGITUD TOTAL	50 PIEZAS

060	203	0165	11	01	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LONGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM.	ENV	100	SBR	NIMSS VIG. SEP DE 1986  FEUM-SDM-2014 (MGA-0381)	1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 2.- CONTENIDO DE FIBRA 3.- LONGITUD 4.- ANCHO 5.- TEJIDO PLANO (TRENZADO) O DE PUNTO 6.- PRUEBA DE ESTERILIDAD	2 ENVASE CON 100 PIEZAS CADA UNO
060	218	0093	06	01	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLÓGICO-INFECIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO" CAPACIDAD DE 3.70 A 4.75 L.	PZA	1	PZA	NIMSS VIG 17-01-99	1.-ACABADO 2.- RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN: BASE DEL CONTENEDOR EN LOS COSTADOS EN LA TAPA DE CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR (TAPA). 3.-IDENTIDAD DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN	7 PIEZAS
060	439	0039	13	01	GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTANDAR. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2013 PÁG. 400	1.-ACABADO 2.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN 3.-REPELENCIA 4.-PESO	50 PIEZAS
060	461	0154	12	01	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 10 CM.	ENV	24	PZA	NMX-A-293-INNTEX-2010	1.-CONTENIDO DE FIBRA 2.-MASA 3.- TERMINADO 4.- DIMENSIONES: 4.1.-LARGO 4.2.-ANCHO	2 envases con 24 piezas cada uno

060	461	0162	12	01	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 15 CM.	ENV	24	PZA	NMX-A-293-INNTEX-2010	1.-CONTENIDO DE FIBRA 2.-MASA 3.-TERMINADO 4.-DIMENSIONES: 4.1.-LARGO 4.2.-ANCHO	2 envases con 24 piezas cada uno
060	543	0115	11	01	JALEAS LUBRICANTE. ASEPTICA.	ENV	135	GRO	FEUM-SDM-2014 PÁG. 378	1.- CONTENIDO DE CLORURO DE BENZALCONIO	3 ENVASES CON 135 GRAMOS CADA UNO
060	681	0059	11	01	PAÑALES DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS, MEDIDAS: GRANDE	PZA	1	PZA	NIMSS VIGENCIA 30-JUL-97	1.-ACABADO 2.-DISEÑO DEL PAÑAL 3.- COMPONENTE S DEL PAÑAL 4.-CAPA INTERNA: 4.1.-PESO 5.-CAPACIDAD DE ABSORCION DEL MATERIAL A 30 SEGUNDOS (GRAMOS DE AGUA) 6.-TIEMPO DE ABSORCIÓN (SEGUNDOS)	50 PIEZAS

	060	869	0103	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM.	ENV	24	PZA	FEUM-SDM- 2014 PÁG. 483	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- DIMENSIONES: 3.1.-LARGO 3.2.-ANCHO 4.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 5.- RESISTENCIA A LA ADHESIVIDAD UTILIZANDO PANEL CON RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 50 +/- 25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 REAPPROVED 2010) 6.-	30 ROLLOS
	060	869	0152	12	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM.	ENV	12	PZA	FEUM-SDM- 2014 PÁG. 483	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- DIMENSIONES: 3.1.-LARGO 3.2.-ANCHO 4.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 5.- RESISTENCIA A LA ADHESIVIDAD UTILIZANDO PANEL CON RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 50 +/- 25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 REAPPROVED 2010) 6.-	30 ROLLOS

060	869	0202	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5.00 CM.	ENV	6	PZA	FEUM-SDM- 2014 PÁG. 483	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- DIMENSIONES: 3.1.-LARGO 3.2.-ANCHO 4.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 5.- RESISTENCIA A LA ADHESIVIDAD UTILIZANDO PANEL CON RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 50 +/- 25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 REAPPROVED 2010) 6.-	30 ROLLOS
060	869	0251	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 7.50 CM.	ENV	4	PZA	FEUM-SDM- 2014 PÁG. 483	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- DIMENSIONES: 3.1.-LARGO 3.2.-ANCHO 4.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 5.- RESISTENCIA A LA ADHESIVIDAD UTILIZANDO PANEL CON RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 50 +/- 25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 REAPPROVED 2010) 6.-	30 ROLLOS

	060	869	0103	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM.	ENV	24	PZA	FEUM-SDM- 2014 PÁG. 483	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- DIMENSIONES: 3.1.-LARGO 3.2.-ANCHO 4.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 5.- RESISTENCIA A LA ADHESIVIDAD UTILIZANDO PANEL CON RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 50 +/- 25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 REAPPROVED 2010) 6.-	30 ROLLOS
	060	869	0152	12	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM.	ENV	12	PZA	FEUM-SDM- 2014 PÁG. 483	1.- CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 2.-ACABADO 3.- DIMENSIONES: 3.1.-LARGO 3.2.-ANCHO 4.- IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 5.- RESISTENCIA A LA ADHESIVIDAD UTILIZANDO PANEL CON RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 50 +/- 25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 REAPPROVED 2010) 6.-	30 ROLLOS

060	894	0052	13	01	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES.	ENV	100	PZA	NIMSS VIG. 06-AGOSTO-1989	1.-PESO TOTAL 2.-ESPECIFICACIONES GENERALES: 2.1.-CAPA EXTERIOR O CUBIERTA EXTERNA 2.2.-CAPA INTERNA 2.3.-CAPA ABSORBENTE 2.4.-CAPA PROTECTORA	1 ENVASE CON 100 PIEZAS
060	953	0555	11	01	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERT ADE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD. 2.75 M ANCHO.10 CM	ENV	12	PZA	NMX-A-289-INNTEX-2013	1.-DIMENSIONES: 1.1.-LARGO 2.-MASA SIN CENTRO 3.-APARIENCIA 4.-DETERMINACION DEL TIEMPO DE FRAGUADO	2 CAJAS CON 12 PIEZAS CADA UNA
060	953	2825	12	01	VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 30 CM.	ENV	1	PZA	NMX-A-289-1993-INNTEX	1.-DIMENSIONES: 1.1.-LARGO 2.-MASA SIN CENTRO 3.-APARIENCIA	2 CAJAS CON 12 PIEZAS CADA UNA
060	066	0922	05	01	ANTISEPTICOS. SOLUCION QUE CONTIENE YODOFORO O YODOPOVACRILEX (0.7% DE YODO LIBRE), ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y UN POLIMERO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELICULA. CONTIENE: DOS HISOPOS, UN APLICADOR PLASTICO Y UNA AMPOLLETA O TUBO CON 26 ML DE SOLUCION. ESTERIL.	EST	1	EST	NOM-002-SCFI-2011 CBI y ETIQUETADO  FEUM 2014 (MGA-DM-0381)	CONTENIDO NETO FUNCIONALIDAD (DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO E INSTRUCCIONES DE USO DE ETIQUETADO) PRUEBA DE ESTERILIDAD AL APLICADOR Y LOS HISOPOS.	50 PIEZAS
080	784	0467	01	01	GONADOTROFINA CORIONICA FRACCION BETA. PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE UN SOLO PAS O ENMEMBRANA SOLIDA PARA DETERMINACION EN ORINA O SUERO, ENSOBRE INDIVIDUAL. SENSIBILIDAD: 20 MUI/ML A 25 MUI/ML.EQUIPO: PRUEBA EN CARTUCHODE PLASTICO, CON PIPETA DESECHABLE. EQUIPO CON CONTROLPOSITIVO Y NEGATIVO PARA MULTIPLOS DE 10 , MINIMO 10, MAXIMO 100 PRUEBAS TATC.	EQP	1	EQP	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) Y METODOLOGÍA ANALÍTICA DEL FABRICANTE	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD )	5 ENVASES